



Servizio di Taratura in Italia
Banca Dati a cura della Segreteria Centrale SIT

Centro_185

Centro n° 185:

Sonora s.r.l.

Via dei Bersaglieri, 9

81100 CASERTA (CE) - ITALIA

Telefono +39 0823 35 11 96

Telefax +39 0823 35 11 96

E-mail sonora@sonorasrl.it

URL <http://www.sonorasrl.it>

-

-

Responsabile:

ing. Bruno Maja

Sostituto:

ing. Ernesto Monaco

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Gamma di frequenza	Incertezza (*)	Nota
Livello di pressione acustica	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0,1 dB	
	Calibratori	da 94 dB a 114 dB	250 Hz, 1 kHz	0,12 dB	
	Fonometri ed analizzatori	124 dB da 25 dB a 140 dB	250 Hz da 31,5 Hz a 12,5 kHz	0,15 dB da 0,15 dB a 1,2 dB	①
	- Verifica filtri a bande di ottava - Verifica filtri a bande di terzi di ottava	da 25 dB a 140 dB da 25 dB a 140 dB	31,5<fc<8000 20<fc<20000	da 0,15 dB a 0,2 dB da 0,15 dB a 0,2 dB	① ①
Sensibilità alla pressione acustica	Microfoni a condensatore				
	- microfoni campione da 1/2" - microfoni da 1/2"	114 dB 114 dB	250 Hz 250 Hz	0,12 dB 0,15 dB	

(*) L'incertezza di misura è dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k specificato.

① L'incertezza dipende dalla frequenza e dalla tipologia della prova.